研究用試薬　　2012 年 12 月 3 日　改定

『 レビス® LH-ラット（S タイプ） 』取扱説明書

この度は弊社製品をご購入いただきましてありがとうございます。ご使用に際してはキットに同梱された取扱説明書のみに従って測定を実施して下さい。なお、操作法は弊社 Web サイト[良い結果を出すためのポイント（動画）]、並びに[Q&A]（キットの蓋を開けた際に一番上にあるカード（13×10cm）に記載されたパスワードをご利用下さい）をご参照下さい。

1.使用目的

本キットはラット LH(Luteinizing Hormone)を定量的に測定するためのサンドイッチ酵素免疫測定法です。本キットは研究のみにご使用下さい。

特長

●全反応時間は 3 時間 50 分です。
●ラット血清または血漿（抗凝固剤は EDTA-2Na；最終濃度 1.0mg/ml をお薦めします）中の LH を測定します。
●微量な検体（標準操作法は 10μ l）で測定可能です。
●1 キットは 96 ウエルです。
●標準品はラット由来のものです。
●全ての試薬は溶液タイプです。

2.キットの保存と使用期限

キットは 2～8℃で保存して下さい（凍結厳禁）。この保存条件下でキットは製造月から 6 ヵ月（外箱のラベルに記載）までは安定です。有効期限の過ぎた試薬は使用しないで下さい。開封した各試薬につきましては、保管状態により影響を受ける可能性がありますので早めのご使用を推奨します。

3.イントロダクション

LH は下垂体前葉（腺下垂体）の好塩基性性腺刺激ホルモン産生細胞（ゴナドトローフ）で FSH と共に産生、貯蔵され、視床下部ホルモン LHRH の刺激で分泌されます。精巣にも LH 様の物質が存在するという報告があります。動物種における分布は魚類－哺乳類の全脊椎動物に及びます。ラット下垂体での LH の含量は、雄では 6～7μ g/gland、雌では 3～4μ g/gland（NIH-LH1 S1 換算）とオスのほうが多く、雌では性周期に伴い変動します。

LH は分子量：約 29,000 の糖蛋白質で、TSH、FSH と共通の α －サブユニットと、LH 特有の β －サブユニットからなるヘテロダイマーです。

LH の標的器官は、雌では卵胞の成熟顆粒膜細胞で、FSH と協力して卵胞の成熟とエストロゲン産生、排卵を誘発し、排卵後黄体化した後はプロゲステロン産生分泌を促進します。雄では精巣の間質細胞（Leydig 細胞）でアンドロゲン産生分泌促進、アンドロゲンを介し 2 次的に精子形成促進に関与します。受容体は膜 7 回貫通－G 蛋白共役型 PKA 系です。

従って LH が不足すると性ステロイド分泌低下、間質細胞萎縮、排卵黄体化停止などが起こり、過剰状態では精巣間質細胞肥大とそれに続く萎縮、エストロゲン、アンドロゲンの分泌増大、早発過排、性成熟促進等が起こります。

LH の分泌は GnRH（LHRH)によって直接的に促進され、生理状態としては血中性ステロイドの低下（間接、直接）、性周期による変動（特に排卵前期）、更年期－閉経後に分泌は増大します。

男性でも加齢によって増加します。発情前期に大量に分泌されるエストロゲンは、ポジティブフィードバックによりLHRHを介してLHの一過性大量分泌（LHサージ）を引き起こし、排卵を誘起します。

LH の分泌は血中性ステロイドの増加（間接、直接）、オピオイドペプチド特に β －エンドルフィン、幼小児期、妊娠時、産褥期などで抑制されます（詳細はシバヤギホームページの学術情報をご参照下さい）。

4.測定原理

本キットは標準品、希釈調製済み検体を抗 LH 抗体固相化マイクロプレートウエル中でインキュベートします。2 時間のインキュベーションと洗浄後、ビオチン結合抗 LH 抗体を加え捕捉された LH とともに 1 時間インキュベートします。洗浄後、ペルオキシダーゼ・アビジン結合物を加え、30 分インキュベートします。再度の

洗浄後、ウエルに残ったペルオキシダーゼを発色液（TMB）と反応させます。反応は酸性の溶液の添加で停止され、反応の結果生じた黄色の産物が 450nm（副波長 620nm）で比色測定されます。吸光度は LH 濃度にほぼ比例します。標準品濃度に対して吸光度をプロットし標準曲線を作製し、この標準曲線から未知検体中の濃度が決定されます。

5.注意事項

- ●本キットは ELISA 法の研修を終了した方、または指導者の下でご使用下さい。
  用手法操作で測定する際にはピペッティング操作の再現性が安定した方がご使用下さい。
- ●準備並びに本キット操作中は手袋、眼鏡、保護用着衣を身につけて下さい。
- ●試薬類を皮膚に付けないで下さい。本キットの試薬が誤って、目、口、傷口、皮膚等に付着した場合は直ちに水道水で充分に洗い流す等の応急処置を行い、必要な場合は医師の手当てを受けて下さい。
- ●本キットを使用している場所では飲食や喫煙をしないで下さい。
- ●検体は感染の危険性があるものとして充分注意して取り扱って下さい。本キットは動物由来の成分を含んでいます。
- ●使用済みの検体、使用した消耗品等は 1%ホルマリン、2%グルタールアルデヒドまたは 0.1%以上の次亜塩素酸ナトリウム溶液に 1 時間以上浸けて下さい。またはオートクレーブ滅菌処理して廃棄して下さい。使用した消耗品や未使用の薬品類は所属施設の規定並びに各地域の法令に従って廃棄して下さい。
- ●試薬類は口でピペッティングしないで下さい。
- ●ロット番号の違う試薬とは混ぜて使わないで下さい。
- ●各ステップでの静置反応時には、ウエルの乾燥、異物の混入、温度の偏り、分注試薬の蒸発を防止する為、必ずプレートシールを貼って下さい。
- ●ELISA 法は測定環境により影響を受けます。測定操作、静置反応場所の室温：20～25℃（実験台上またはインキュベータ内温度）を厳守して下さい。また、風速（エアコン風も含む）：0.4m/sec（*①）以上、湿度 30%未満の環境下での測定は避けて下さい（9.技術上のヒントをご参照下さい）。
  （*①）風速 0.4m/sec の目安は弊社 Web サイトの動画「反応条件」をご参照下さい。

6. 構成品

構　成　品	状　態	容　量
（A）抗体固相化 96 ウエルプレート	洗浄後使用	96 wells（8×12）／1 枚
（B）標準溶液（100 ng/ml）	希釈後使用	200μ l／1 本
（C）測定用緩衝液	そのまま使用	60ml／1 本
（D）ビオチン結合抗 LH 抗体	希釈後使用	100μ l／1 本
（E）ペルオキシダーゼ・アビジン結合物	希釈後使用	100μ l／1 本
（F）発色液（TMB）	そのまま使用	12ml／1 本
（G）検体希釈用緩衝液	そのまま使用	12ml／1 本
（H）反応停止液（1M H_2SO_4） ※取扱注意	そのまま使用	12ml／1 本
（Ｉ）濃縮洗浄液（10×）	希釈後使用	100ml／1 本
プレートシール		4 枚
取扱説明書		1 部

7.添付されていないが必要な器具　□チェックリスト

□精製水（蒸留水）　□標準溶液希釈用試験管　□洗浄液希釈用ガラス器具（メスシリンダー・ビーカー・瓶）　□チップ交換型ピペット（使い捨てチップで 10μ l を正確にピペッティングできるもの、及び 10～100μ l、100～500μ l を正確にピペッティングできるもの）　□連続分注ピペット（例 Eppendorf の multipette plus）、50μ l を連続分注できるもの　□ペーパータオル等の吸水性のあるもの（洗浄後にプレートに残った液を取り除く）　□撹拌器（Vortex タイプ）　□マイクロプレート振とう器（約 600～1,200 rpm）　□96 ウエルプレート用洗浄機（あれば好ましい）または噴射ビン（弊社 Web サイトの動画「洗浄操作」をご参照下さい。）
□96 ウエルプレートリーダー（450 ±10 nm 、620nm：600～650nm）
□データ計算用ソフトウェア

8.試薬の調製

＊キットの試薬は使用前に必ず室温（20～25℃）に戻して下さい（2 時間位が目安です）。

＊6.で「そのまま使用」とある試薬は室温化後そのままの状態で使用できます。「希釈後使用」とあるものについては下記の要領で調製して下さい。
＊測定に必要な分だけ試薬を調製して下さい（ご不明な際にはお問い合わせ下さい）。

【濃縮された試薬類】

［(B)標準溶液（100 ng/ml）］;標準曲線作製用

（B）標準溶液（100 ng/ml）（原液）と（C）測定用緩衝液を使って標準溶液を調製して下さい。
下記は一例です。

標準溶液の容量	測定用緩衝液	濃度（ng/ml）
原液 50μ l	450μ l	10
10 ng/ml 溶液 200μ l	200μ l	5.0
5.0 ng/ml 溶液 200μ l	200μ l	2.5
2.5 ng/ml 溶液 200μ l	200μ l	1.25
1.25 ng/ml 溶液 200μ l	200μ l	0.625
0.625 ng/ml 溶液 200μ l	200μ l	0.313
0（ブランク）	200μ l	0

［(D)ビオチン結合抗 LH 抗体］
100μ l を充分分取できる量をご提供しています。 濃縮液を（C）測定用緩衝液で 100 倍希釈して下さい。

［(E)ペルオキシダーゼ・アビジン結合物］
100μ l を充分分取できる量をご提供しています。 濃縮液を（C）測定用緩衝液で 100 倍希釈して下さい。

［(I)濃縮洗浄液(10×)］
濃縮洗浄液（10×）を室温化された精製水（蒸留水）で 10 倍希釈して下さい。
例：100ml の濃縮洗浄液（10×）＋900ml の精製水（蒸留水）（96 ウエル全てを使用する場合）

【試薬の安定性と保存方法】

(A)抗体固相化 96 ウエルプレート
未使用（冷蔵状態でシールを剥がしていない状態）の抗体固相化ストリップは同梱のジップシールパックに戻し、そのまま 2～8℃保存により有効期限内安定を保ちます。

(B)標準溶液(100 ng/ml)、(D)ビオチン結合抗 LH 抗体及び(E)ペルオキシダーゼ・アビジン結合物
キットを分割して使用する際は希釈時に冷蔵庫より取り出し希釈調製し、残りの原液は室温に戻さないで直ちに蓋を確実に閉め、2～8℃保存により有効期限内安定性を保ちます。使用残りの希釈済み液は廃棄して下さい。

(C)測定用緩衝液、(F)発色液(TMB)、(G)検体希釈用緩衝液
キットを分割して使用する際は希釈時に冷蔵庫より取り出し、必要量より少し多めの量を別の容器に移し残りの原液は室温に戻さないで直ちに蓋を確実に閉め、2～8℃保存により有効期限内安定を保ちます。使用残りの希釈済み溶液は廃棄して下さい。

（H）反応停止液（1M　H_2SO_4）
使用残りを保存する際は、蓋を確実に閉め、2～8℃保存により有効期限内安定を保ちます。

（I）濃縮洗浄液（10x ）
濃縮洗浄液（10x ）を保存する際は、蓋を確実に閉め、2～8℃保存により有効期限内安定を保ちます。使用残りの希釈済み溶液は廃棄して下さい。

9.技術上のヒント

●エーテル等の麻酔は測定値に影響を与えます。詳細はお問い合わせ下さい。
●抗凝固剤は検体 pH を安定させる為、またカルシウムイオンの影響を避ける為に EDTA-2Na 1.0mg/ml（最終濃度）の使用をお薦めします。ヘパリン Na 血漿の使用はできません。他の抗凝固剤についてはお問い合わせ下さい。
●ヒト用採血管（血清分離剤）を使用する際には測定への影響を事前に確認する事が必要です。

●検体は定法に従って採取し直ぐに測定するか、または-35℃以下で凍結保存して下さい。凍結した検体は測定する直前に解凍し充分に撹拌して下さい。繰り返しの凍結融解は避けて下さい。
●濁り及び不溶物のある検体は遠心分離等で除去後測定に使用して下さい。
●妨害物質の影響が疑わしい検体は、同一検体において異なる 2 ポイント以上の希釈率で希釈直線性を確認して下さい。
●検体の希釈調製はあらかじめ試験管（PP、PE、ガラス製）等で希釈する事をお薦めします。
●検体と試薬に不純物が混ざらないように気をつけて下さい。1 ウエル／1 チップのご使用をお薦めします。
●発色液の原液はほぼ無色または薄い青色澄明です。光を避けて保存して下さい。
●やむを得ず、測定操作を、風速 0.4m/sec. 以上、湿度 30%未満の環境下で実施する際は、各ステップの静置反応時、プレートシールをする事に加え、下記のような方法をご検討下さい。
例）インキュベータ内、発泡スチロール製箱内で静置反応させる等。測定室の環境条件により対策方法が異なる場合がありますので、詳細は弊社 Web サイトの動画「反応条件」でご確認下さい。

10.検体の調製

本キットはラット血清または血漿中の LH を測定します。

●**ラット血清（血漿）を（G）検体希釈用緩衝液で 2 倍に希釈します。撹拌し、室温で 10 分間静置後、（C）測定用緩衝液でさらに 2.5 倍希釈した希釈液を測定に用いて下さい。最終希釈倍率（5 倍）の希釈液を 50μ l/ウエル分注します。なお、検体の状態が良好な場合は最終希釈倍率の限界は 2.5 倍になります。その場合には（G）検体希釈用緩衝液で 2 倍に希釈し、撹拌後室温で 10 分間静置し、（C）測定用緩衝液で更に 1.25 倍希釈して下さい。**

※血液成分の影響（高脂質・溶血等）を抑制する為に最終希釈倍率は 5 倍での測定をお薦めします。最終希釈倍率が 5 倍の場合でも原検体中の脂質（乳ビ）・溶血が次項写真より高い場合は異常値発生の原因となりますので測定に使用しないで下さい。



正常検体　乳ビ検体　溶血検体
（高脂質検体）　120mg/dL



正常検体　乳ビ検体　溶血検体
（高脂質検体）　120mg/dL

【検体の安定性と保存方法】

検体を長期に保管する場合は、-35℃以下での凍結保管を推奨します。繰り返しの凍結融解は避けて下さい。また、検体の希釈は用時調製として下さい。

11.測定操作法

洗浄操作を始める前に次に分注する試薬を前もって用意して下さい。
抗体固相化プレートのシールは、プレートが充分に室温に戻ってから剥がして下さい。

（1） あらかじめ調製した洗浄液を各ウエルに満たし、4 回洗浄（*②）します。その後、ペーパータオルなどの上でプレートを逆さにし、軽く叩きつけるようにしてウエルに残った液を取り除きます。
（2） 検体測定ウエルに、希釈調製した検体を 50μ l ずつ分注します（標準操作法では最終希釈倍率は 5 倍になります）。
（3） 標準品測定ウエルに各濃度の標準溶液を 50μ l ずつ分注します。
（4） マイクロプレート振とう器などを用いて撹拌（*③）します。
（5） プレートシールを貼り、室温（20～25℃）で 2 時間静置（＊④）します。
（6） 反応終了後、反応液を捨て洗浄液を各ウエルに満たし、4 回洗浄（*②）します。その後、ペーパータオルなどの上でプレートを逆さにし、軽く叩きつけるようにしてウエルに残った液を取り除きます。
（7） 各ウエルにビオチン結合抗 LH 抗体を 50μ l ずつ分注します。マイクロプレート振とう器などを用いて撹拌（*③）します。
（8） プレートシールを貼り、室温（20～25℃）で 1 時間静置（＊④）します。

(9) 反応終了後、反応液を捨て洗浄液を各ウエルに満たし 4 回洗浄(*②)します。その後、ペーパータオルなどの上でプレートを逆さにし、軽く叩きつけるようにしてウエルに残った液を取り除きます。
(10) 各ウエルにペルオキシダーゼ・アビジン結合物を **50μ l** ずつ分注します。マイクロプレート振とう器などを用いて撹拌します。
(11)プレートシールを貼り、室温(20～25℃)で 30 分間静置(＊④)します。
(12)反応終了後、反応液を捨て洗浄液を各ウエルに満たし 4 回洗浄(*②)します。その後、ペーパータオルなどの上でプレートを逆さにし、軽く叩きつけるようにしてウエルに残った液を取り除きます。
(13)各ウエルに発色液を **50μ l** ずつ分注します。マイクロプレート振とう器などを用いて撹拌(*③)します。
(14)プレートシールを貼り、室温(20～25℃)で 20 分間静置(＊④)します。
(15)各ウエルに反応停止液を **50μ l** ずつ分注し、発色反応を停止します。
(16)撹拌(*③)後マイクロプレート用分光光度計で 450nm(副波長 620nm)での吸光度を測定します。副波長は 600～650nm の範囲で使用できます。
(＊②)、(＊③)、(＊④)測定手順概要(7 ページ)をご参照下さい。

ワークシート(例)

	Strip 1&2	Strip 3&4	Strip 5&6	Strip 7&8	Strip 9&10	Strip 11&12
A	**10 ng/ml**	検体 2	検体 10	検体 18	検体 26	検体 34
B	**5.0 ng/ml**	検体 3	検体 11	検体 19	検体 27	検体 35
C	**2.5 ng/ml**	検体 4	検体 12	検体 20	検体 28	検体 36
D	**1.25 ng/ml**	検体 5	検体 13	検体 21	検体 29	検体 37
E	**0.625 ng/ml**	検体 6	検体 14	検体 22	検体 30	検体 38
F	**0.313 ng/ml**	検体 7	検体 15	検体 23	検体 31	検体 39
G	**0(ブランク)**	検体 8	検体 16	検体 24	検体 32	検体 40
H	検体 1	検体 9	検体 17	検体 25	検体 33	検体 41

12.計算

(1)測定毎に標準曲線を作製します。両対数を使用し X 軸を標準溶液濃度(ng/ml)、Y 軸を吸光度の標準曲線グラフを作製して下さい。標準曲線は弊社 Web サイト「技術情報」「ELISA の標準曲線」をご参照下さい。
(2)標準曲線より、検体の吸光度に対応する濃度(ng/ml)を読み取ります。読み取った濃度に検体希釈率(**標準操作法では 5 倍**)を乗じ測定値とします。
＊検体の吸光度が標準曲線吸光度より外れた場合は(C) 測定用緩衝液にて適当倍率に調製し再度測定を実施して下さい。
＊コンピュータソフトでの演算処理では、3 次多項式または 4 パラメーターの使用をお薦め致します。
＊ラットの臨床所見は臨床症状や他の検査結果などを総合的に判断して行う事が必要です。



グラフは標準曲線例です(吸光度は、測定環境により変動します)。
＊プレートリーダーは SUNRISE RAINBOW(TECAN)を使用

13.キットの性能

●測定範囲
0.313～10 ng/ml の範囲で測定できます(5 倍希釈時の実効測定範囲は 1.565～50 ng/ml)。
●特異性
この ELISA 系で使用されている抗体はラット LH に対して特異的なモノクローナル抗体です。

●精度試験(アッセイ内変動)(8 重測定、2 検体)　　平均 C.V.値は 5%未満
●再現性試験(アッセイ間変動)(4 重測定、3 検体、4 日間)　平均 C.V.値は 5%未満
●添加回収試験
2 検体血清に異なる 3 濃度の LH を添加し測定した結果、回収率は 95.1%から 106%でした。
●希釈直線性
2 検体血清を連続的に測定用緩衝液で 3 段階希釈し測定した結果、直線回帰の R^2 は 0.999 でした。

14.参考値

ラット LH 測定値　:平均 1.74 ng/ml、SD 0.33 ng/ml(最大値:2.39 ng/ml　／最小値 1.17 ng/ml)
亜種　:CD(SD)、雄、7 週齢、10 匹、血清、絶食後採血
※飼育条件、採血条件、検体保管条件により測定値は変動しますので、この測定値は目安としてお使い下さい。

15.トラブルシューティングと Q&A

●すべてのウエルでの反応が弱い
可能な解釈
1)標準品や検体の入れ忘れ。
2)発色に関連する試薬溶液の入れ忘れ。
3)発色に関連する試薬溶液の取り違えや希釈調製不良。
4)酵素阻害剤の混入。
5)キット保管温度の影響(凍結した場合)。
6)プレートの過剰な洗浄。
7)発色液の温度が低かった。
●最小標準溶液濃度(0.313 ng/ml)の OD 値よりブランク OD 値が高くなる。
可能な解釈
洗浄が不適当、不完全であった。
(ペルオキシダーゼ・アビジン結合物と反応後の洗浄回数 4 回を同じ流速で 5～8 回に増やして下さい。)
●変動係数(CV)が大きい
可能な解釈
1)洗浄が不適当、不完全であった。
2)標準品や管理血清、または検体の撹拌が不充分であった(凍結検体の撹拌は充分に行って下さい)。
3)ピペッティング操作が一定ではなかった。
●Q-1　:キットは分割して使用することができますか？
A-1　:できます。プレートに貼られた透明シールをストリップの間にそってカッターなどで切り離してご使用下さい。使用しないプレートはシールを貼った状態で冷蔵庫に保管して下さい。
●Q-2　:プレートを取り出したらウエルの中に液体が入っていましたが何ですか？
A-2　:出荷時には保存安定液が充填してあります。
●更に詳しいトラブルシューティングや Q&A は弊社ホームページをご覧下さい。

16.参考文献

この製品を使用した参考文献は弊社 Web サイト「論文リスト」をご参照下さい。

【測定手順概要とチェックリスト】

必ず取扱説明書を一読して検体条件、測定条件、測定方法を確認後測定操作を行って下さい。

操作法は弊社 Web サイト[良い結果を出すためのポイント(動画)] 並びに「Q&A」をご参照下さい。

□ ウエルプレート、試薬類を充分に室温(20～25℃)に戻して下さい。室温化には 2 時間位必要

□ 濃縮洗浄液の希釈 ：室温化された精製水で、10 倍に希釈して下さい。

□ 標準溶液の希釈(例)：室温化された(C)測定用緩衝液で、希釈して下さい。

希釈例

濃度(ng/ml)	10	5.0	2.5	1.25	0.625	0.313	0
標準溶液(μl) 原液：	50	200*	200*	200*	200*	200*	0
測定用緩衝液(μl)	450	200	200	200	200	200	200

＊：ひとつ高濃度の標準溶液

□ 検体希釈-1：室温化した(G)検体希釈用緩衝液で検体を、2 倍に希釈し 10 分間静置して下さい。

□ 検体希釈-2：室温化した(C)測定用緩衝液で検体希釈-1 を、2.5 倍に希釈して下さい。

	各操作注意事項並びに関連情報
□ **抗体固相化 96 ウエルプレート**	
□ ↓洗浄 4 回 (＊②)	洗浄液除去後、直ちに次の試薬分注
□ **希釈調製済み検体 (検体希釈-2) または標準溶液 50μl**	「ピペッティング」の動画参照
□ ↓撹拌(＊③)、室温(20～25℃)、2 時間反応、静置(＊④) ⇨	第一反応「反応条件」の動画参照
□ ビオチン結合抗 LH 抗体の希釈 室温化された(C)測定用緩衝液で 100 倍に希釈して下さい。	希釈溶液の調製は第一反応中に行う
□ ↓洗浄 4 回 (＊②)	洗浄液除去後、直ちに次の試薬分注
□ **ビオチン結合抗 LH 抗体 50μl**	「ピペッティング」の動画参照
□ ↓撹拌(＊③)、室温(20～25℃)、1 時間反応、静置(＊④) ⇨	第二反応「反応条件」の動画参照
□ ペルオキシダーゼ・アビジン結合物の希釈 室温化された(C)測定用緩衝液で、100 倍に希釈して下さい。	希釈溶液の調製は第二反応中に行う
□ ↓洗浄 4 回(＊②)	洗浄液除去後、直ちに次の試薬分注
□ **ペルオキシダーゼ・アビジン結合物 50μl**	「ピペッティング」の動画参照
□ ↓撹拌(＊③)、室温(20～25℃)、30 分間反応、静置(＊④) ⇨	第三反応「反応条件」の動画参照
□ ↓洗浄 4 回(＊②)	洗浄液除去後、直ちに発色液分注
□ **発色液(TMB)** TMB が室温化されていることを確認 **50μl**	分注後、濃度により青色に変色
□ ↓撹拌(＊③)、室温(20～25℃)、20 分間反応、静置(＊④)	
□ **反応停止液(1M H_2SO_4)** 強酸性につき取扱注意 **50μl**	分注後、濃度により黄褐色に変色
□ ↓撹拌(＊③)	直ちに撹拌
□ **吸光度測定(主波長 450nm、副波長 620nm:600～650nm)**	副波長はプレート裏面の汚れ等をキャンセルします

(＊②) **洗浄液をウエルに分注後、手のひらの上で 10 秒ほど軽く振り廃棄します。**4 回連続洗浄後、ペーパータオル上にプレートを逆さにして叩き洗浄液を完全に除去します。洗浄液除去後の乾燥に注意して次の溶液を直ちに分注します。洗浄液をピペットで添加する際の液量目安は 300μl／ウエルです。万一、最小標準溶液濃度(0.313 ng/ml)の OD 値よりブランク OD 値が高くなる場合は解決方法の 1 つとして、ペルオキシダーゼ・アビジン結合物と反応後の洗浄回数 4 回を同じ流速で 5～8 回に増

やして下さい。プレート洗浄機ご使用の場合の圧力目安は 5～25ml／分（ノズルの径により異なります）です。第一反応後の初回の洗浄のみウエル間のコンタミに注意して下さい。**「洗浄操作」**の動画をご参照下さい。

（＊③）撹拌の目安は 600～1,200rpm-10 秒間、3 回。**「撹拌操作」**の動画をご参照下さい。

（＊④）撹拌終了後プレートシールを貼って静置して下さい。**「反応条件」**の動画をご参照下さい。
プレートシールは保護紙を剥がして、粘着面をプレート側にして貼り付けて下さい。一度使用したプレートシールは再使用しないで下さい。

ワークシート

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H												

【測定名】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【所属】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【測定者】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿【測定日】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【キットロット番号】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿【有効期限】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【備考】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【製品名】　；レビス® LH-ラット(S タイプ)

【コード番号】；AKRLH-010S

【英語表記】；Rat LH ELISA KIT(S-type)(AKRLH-010S,Shibayagi,Gunma,Japan)

【お問い合せ先】

製造／発売元；株式会社シバヤギ

〒377-0007　群馬県渋川市石原 1062-1　TEL.0279-25-0279　FAX.0279-23-0313

<E-mail>syc-info@shibayagi.co.jp　<URL>http://www.shibayagi.co.jp